



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Калининградской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 39.КС.09.000.М.000739.11.24 ОТ 26.11.2024 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих), согласно приложению

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР-ДОКТОР" (ООО "ЦЕНТР-ДОКТОР"), 236004, Калининградская область, г.о. Город Калининград, г. Калининград, ул. Дзержинского, зд. 3А, помещ. 604" ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)"; СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009"; СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Выдано взамен санитарно-эпидемиологического заключения от 30.09.2022 № 39.КС.09.000.М.000692.09.22 Управления Роспотребнадзора по Калининградской области. Акт санитарно-гигиенического обследования Управления Роспотребнадзора по Калининградской области от 30.09.2022.

Заключение действительно до 30.09.2027 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3659378



Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Калининградской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 39.КС.09.000.М.000739.11.24 ОТ 26.11.2024 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников
ионизирующего излучения (генерирующих)

В ООО "ЦЕНТР-ДОКТОР" по адресу г. Калининград, ул. Дзержинского, зд. 3А разрешается деятельность с источниками
ионизирующего излучения (генерирующими):

1. Проведение рентгениагностических исследований с использованием аппаратов:
 - телеуправляемой рентгеновской установки "CLINODIGIT OMEGA", № 05-159-20, 2020 года выпуска.
Анодный ток 620 мА, анодное напряжение 150 кВ.
Рабочая нагрузка 1000 (мА х мин)/нед;
 - операционной С-дуги "BV Endura", № 6558, 2023 года выпуска.
Анодный ток 20 мА, анодное напряжение 110 кВ.
Рабочая нагрузка 200 (мА х мин)/нед;
2. Хранение установки рентгениагностической цифровой "ДЕЛЬТА", № 03-004-16, 2016 года выпуска.

Ограничительные условия:

- обязательное использование средств индивидуальной защиты персонала и пациентов;
- регистрация индивидуальных эффективных доз пациентов в учетной документации;
- проведение раз в два года контроля эксплуатационных параметров рентгенаппаратов со сроком эксплуатации 10 и более лет с оформлением соответствующих документов, в том числе и по продлению сроков дальнейшей эксплуатации;
- ведение индивидуального дозиметрического контроля персонала группы "А".



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 0032930